

TF KUBMADRASS

Tryckavlastande madrass i förebyggande vård och vid behandling av trycksår.

Rekommenderad patient vikt: 35-120Kg (Max vikt liggande 150Kg).

TSU / ALAB

TF KUBMADRASS

TRYCKAVLASTANDE MADRASS I FÖREBYGGANDE VÅRD OCH VID BEHANDLING AV TRYCKSÅR.

TF Kubmadrass är 18 cm tjock och 3 delad. Madrassens sektioner placeras efter varandra. Lägg första sektionen vid fotändan och fyll på med mittsektion och huvudsektion.

TF Kubmadrass med kubmönster är utformad att ligga med rutmönstret upp, då har den mycket god tryckfördelande effekt samt ger skön liggkomfort.

TF BREATH inkontinenslakan placeras på madrassen utifrån dess form. Var alltid noga med att sätta sömmarna i hörnen på madrassen. Detta ger en extra rymlighet. Avsikten är att kuberna på madrassen skall vara rörliga och ge en god insjunkning och därigenom avlastning på liggytan. Bädda löst med bomullslakan utan att stoppa in det hårt vid sidorna.

Om ni har patienter som är extra tryckkänsliga, tänk på att alla lager som läggs ovanpå den avlastande ytan försämrar tryckavlastningen och ökar trycket mot patientens känsliga hudområde.

Använd bara inkontinenslakan och ett sjukhuslakan under patienten.

Art.nr.	**Standardstorlek**
001B	90x205
Specialstorlek	
001A	80x205
001AB	85x205
001E	120x205

Tvätt och rengöringsinstruktioner.
Vädra/lufta madrassen vid patientbyte.
Överdraget tvättas enligt instruktioner.
Kontaminering eller nersmutsning direkt på madrass: Fläckborttagning med milt tvättmedel och vatten.

Vid infektion:
Duscha/spraya med sprit/desinfektionslösning eller autoklavera i 120°C.

Torkning:
Ställ delarna på högkant så vattnet får möjlighet att rinna av.
Inkontinenslakanen är täta mot vätska samt bakterier, virus och kvalster.

Tvätt Inkontinenslakan:
Maskin 40-90°C. CE-märkt.
Kvalité: HR 38 150.
Flam skyddad enl. Califonia Technical Bulletin 117

ANTIDECUBITUS

MADRASS

”En vanlig tidsgräns som anges för lägesförändring för stillaliggande eller stillasittande patienter är två timmar, men svårt sjuka patienter behöver ändra läge oftare. Detta måste dock avvägas mot patientens behov av obruten sömn. Tryckavlastningen bör om möjligt göras utan att sömnen störs.”

TSU / ALAB
Ågatan 1
33026 BURSERYD

Tel.: 0371-50350
Mail: info@alabprodukter.se
www.alabprodukter.se